Mode d'emploi

ACCU-CHEK® *Multiclix*

3 gestes simples :

- **Armer**
- **Piquer**
- **Tourner**

Roche

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.

Insertion et retrait du barillet

Insertion du barillet neuf

Enlevez l'embout de l'autopiqueur en tirant dessus.

Insérez un barillet neuf, bague bleue en premier, jusqu'au clic.
Replacez l'embout en vous aidant de l'encoche.

La fenêtre de visualisation des lancettes affiche 5 barres = 5 lancettes en réserve, la sixième lancette étant prête à l'emploi.

Sélectionnez une des 11 profondeurs de piqûre (de 0.5 à 5.5) en tournant la bague de sélection.

Retrait du barillet usagé

Lorsque la fenêtre de visualisation n'indique plus de barres blanches, enlevez l'embout de l'autopiqueur en tirant dessus.

Retirez le barillet usagé en toute sécurité.
Insérez un nouveau barillet.

Il est impossible de réinsérer un barillet usagé.

3 gestes simples au quotidien

1

Armez l'autopiqueur en appuyant sur l'extrémité comme pour un stylo.

Le bouton de déclenchement devient jaune.

2

Piquez sur le côté du doigt en appuyant sur le bouton de déclenchement.

3



Tournez l'extrémité de l'autopiqueur pour changer de lancette ①, puis revenez en position initiale ②.

La fenêtre de visualisation des lancettes affiche le nombre de lancettes en réserve. Chaque barre blanche correspond à une lancette.

Barillet neuf

Barillet usagé

Recommandations :

- Avant de réaliser un prélèvement capillaire, lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pour faciliter la circulation. N'utilisez pas d'alcool. Rincez-les et essuyez-les soigneusement.
- Massez-vous le doigt pour stimuler la circulation.
- Lors de la première utilisation, commencez par la profondeur de piqûre la plus faible (0,5) et augmentez progressivement jusqu'à la profondeur optimale pour obtenir une microgoutte de sang.
- Évitez de piquer le pouce et l'index, et changez à chaque fois de site de piqûre.
- Piquez le côté du bout du doigt.
- Pour plus de confort et d'hygiène, changez de lancette à chaque nouveau prélèvement. Toutefois, en cas d'urgence, il est possible de réutiliser une lancette .

Utilisez l'embase transparente pour les prélèvements sur sites alternatifs. Demandez conseil à votre médecin.

Pour plus d'informations rejoignez-nous sur :

www.accu-chek.fr

Assistance utilisateurs

N° Vert **0 800 27 26 93**

Roche

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.

000 4020 8566 **PRO(G** 04 76 41 31 31 - 2595 - 02/2007